お口の粘膜に含まれる水分量が
２秒で手軽に測定できます。

お口の中の水分量が少ないと
「口臭」「食べ物が飲み込みにくい」「むし歯になりやすい」などの
原因の一つとして考えられています。

口腔水分計ムーカス®

mucus

株式会社ヨシダ

手軽に口腔内の水分量をチェック。

mucus
口腔水分計ムーカス®

約2秒で測定できます。

患者さんへの負担が少なく、
チェアータイムや術者の手間をかけることなく気軽に測定できます。

測定結果は数値で表示

測定結果は数値と5段階レベルサインの両方で表示。
口腔内の乾燥状態が一目瞭然です。

唾液がでにくい患者さんにも使えます。

舌の上にセンサーを当てるだけの簡単測定。
唾液が出にくい患者さん、高齢者の方にも測定可能です。

ハンディタイプで持ち運びも容易です。

重さ60g、電源駆動だから、訪問診療時や病院など場所を選ばずに使用できます。

口腔水分計［ムーカス］の正しい使用方法

◎専用センサーカバー
●120枚入／標準価格:4,000円

◎測定前の準備

まず専用カバーの袋に先端のセンサーを入れます。

裏台紙をはがします。

誤飲防止のシールを器械に貼付します。その際、カバーの先端を約10mm余らせてください。



これで準備は完了です。

◎実際に測定してみましょう

【測定方法】埼玉医科大学を中心とした他施設共同研究による
測定する前は5分程度、身体的・精神的に安静状態とする。連続3回測定し、その中央値を測定値とする。(センサーの圧接角度により生じるはずれ値を除外するため)



舌先端から約10mmに、センサー部を垂直、一定圧(200g程度)で当てて測定します。

●水分量表示とインジケーター表示

数値	レベルサイン
30以上	
29.0～29.9	
27.0～28.9	
25.0～26.9	
24.9以下	

※数値27.0未満、レベルサイン3未満の場合は口腔内が乾燥状態であることが疑われます。

約2秒で測定値が表示されると同時に水分量の目安インジケーターも表示します。測定値表示は次回測定時まで保持されます。

このカタログの表面は院内掲示用ポスターとしてご活用ください。

●一般的名称:体成分分析装置●販売名:口腔水分計ムーカス®●電源:単4形アルカリ乾電池1.5V×2個●電源:DC3V●測定周波数:60～140KHz
●測定範囲:00.0～99.8(相対値のため単位はない)●測定誤差範囲:±2(表示値)●外形寸法:21.5mm×238mm×41mm●重量:60g(電池含)
●承認番号:22200BZX00640000(管理医療機器)●標準価格:48,000円

※本製品の仕様など、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※価格には消費税は含まれておりません。

●お問い合せは下記まで

◎発売元:株式会社ヨシダ
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155(サポートセンター)
◎製造販売元:株式会社ライフ
〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町15-5 山新ビル

http://www.yoshida-dental.co.jp

禁無断転載

(01)02747937011546
2016年12月/PRI/10/@20/改