年　　月

YOSHIDA

歯科用ユニットの日常点検票

・異常のない場合は、「✓」を記入する。
・異常のある場合は、「X」を記入し、医療機器安全管理責任者に報告する。
・医療機器安全管理責任者は、点検者による点検が行われたことを確認する。

院長確認

		点検内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
始業前	ユニット	機械室のコンプレッサーとバキューム等の電源をON																															
		ユニット周辺の床が水漏れ等で濡れて無いことを確認																															
		ガタツキ、緩み、異常音と、可動部の可動範囲を確認																															
		無影灯の前面フードのツメ、固定ネジを確認																															
		給水元コックと空気元コックをOPEN・ドレンでエアー抜き																															
		ユニットの電源スイッチをON																															
		安全装置の確認																															
		オロカップに2ℓの水を入れてを吸引																															
		排水孔カバー、ゴミ受けをスピットンに戻す																															
		フラッシングを行って水回路に滞留している残留水を排出																															
		シリンジホースからエアー漏れや水漏れ、異常音が無いか確認																															
		タービンホース先端のオブチカキャップの緩みが無いことを確認																															
	DI	ヘッドキャップが緩み隙間が無いことを確認																															
		ヘッドキャップ部のタービン用小ネジが付いているか確認																															
		テストバーを装着し、抜けないことを確認																															
		ヘッド部を下にして、低回転からゆっくり加速し40秒間試運転																															
		点検実施者																															
昼休み（　　）		バキューム回路を洗浄（MD555フロークリーナー）　週2回																															
		排水回路の洗浄（MD555フロークリーナー）　週2回																															
		仕上げの水洗い（MD555フロークリーナー）　週2回																															
診療後	ユニット	排水トラップとバキュームフィルターを水洗いして元に戻す																															
		排水孔カバー、ゴミ受けを水洗いし、戻さずに保管する																															
		MD550でスピットン（鉢）の内面を洗浄																															
		スピットン（鉢）洗浄後に3分間放置し、水で洗い流す																															
		バキューム回路を洗浄（バイオクリーン）																															
		排水回路の洗浄（バイオクリーン）																															
		テーブル裏面のNo-Back排気タンク（フィルター）を確認																															
		チェアをリセットポジションにする																															
		給水元コックと空気元コックをCLOSE																															
		ドレンボタンまたはドレンコックで音が消えるまでエアー抜き																															
		ユニットの電源スイッチをOFF																															
		バキュームグリップと排唾グリップを外し水洗い																															
		インスツルメントホースを、軽く拭き取り																															
		フットコントローラを、軽く拭き取り																															
		患者さま毎の拭き掃除で除去出来ていなかった汚れ等を清掃																															
		ユニット周辺の床が水漏れ等で濡れて無いことを確認																															
		機械室のコンプレッサーとバキューム等の電源をOFF																															
		点検実施者																															
医療機器安全管理責任者 確認																																	